



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
04/11/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

**Vial Picker per provette CryoGen®
Vial Picker for CryoGen® Tubes**



Dispositivi non soggetti a marcatura CE. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.
Devices are not subject to CE marking For professional use only.

Ref.	Unità di vendita / Sales unit
CRY920TS	6 x 100 pz/pcs
390784A	10 pz/pcs

Descrizione/Description:

Per una facile rimozione della provetta CryoGen® dopo il congelamento *For an easy CryoGen® tube removal after freezing*

Per entrambi i modelli di tappo, interno ed esterno *For both internal and external cap*
Consente di avvitare e svitare il tappo della provetta CryoGen® con una mano sola *Useful for screwing and unscrewing the CryoGen® cap directly with a single hand*

Caratteristiche		Features
Altezza	48,70 mm	Height
Materia prima	TPV	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Prodotto IVD, marcato CE	NO	IVD item, CE marked

BIOSIGMA SpA
Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY
Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228
E-mail: info@biosigma.com - <http://www.biosigma.com>